

ANEXO M. FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES

AUXILIARES AUDITIVOS PARA EL PROYECTO “ADQUISICIÓN DE AUXILIARES AUDITIVOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL ESTADO DE OAXACA”	
Partida	# 1.- Auxiliar auditivo para pérdidas profundas.
Descripción General del Equipo	Auxiliar auditivo para pérdidas profundas.
Tamaño de Referencia	<ul style="list-style-type: none"> Medidas aproximadas de: 4.2 cm de altura x 0.73 cm de ancho.
Características	<p>El auxiliar auditivo deberá ser color beige y contar con:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rango de dB: 95 a 120 dB. Máxima salida de sonido: 139 dB. Ganancia acústica: 80 dB. Medidas aproximadas de: 4.2 cm de altura x 0.73 cm de ancho. <p>Cada auxiliar auditivo deberá incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Estuche. Pilas con duración de 12 meses. Deshumidificador y manual de uso.
Función o Uso	Permiten al usuario escuchar los sonidos que de otra manera serían inaudibles debido a la pérdida auditiva severa.
Material	Fibra de vidrio.
Norma Oficial	NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos médicos.

Foto (Únicamente como referencia)



ANEXO M. FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES

AUXILIARES AUDITIVOS PARA EL PROYECTO “ADQUISICIÓN DE AUXILIARES AUDITIVOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL ESTADO DE OAXACA”	
Partida	#2.- Auxiliar auditivo para pérdidas leves a moderadas.
Descripción General del Equipo	Auxiliar auditivo para pérdidas leves a moderadas.
Tamaño de Referencia	<ul style="list-style-type: none"> • Medidas aproximadas de: 3.5 cm de altura x 0.7 cm de ancho.
Características	<p>El auxiliar auditivo deberá ser color beige y contar con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rango de dB: 20 a 70 dB. • Máxima salida de sonido: 128 dB. • Ganancia acústica: 60 dB. • Medidas aproximadas de: 3.5 cm de altura x 0.7 cm de ancho. <p>Cada auxiliar auditivo deberá incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Estuche. • Pilas con duración de 12 meses. • Deshumidificador y manual de uso.
Función o Uso	Permiten al usuario entender más claramente a la persona que está hablando y escuchar los sonidos que de otra manera serían inaudibles debido a la pérdida auditiva moderada.
Material	Fibra de vidrio.
Norma Oficial	NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos médicos.

Foto (Únicamente como referencia)



ANEXO M. FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES

AUXILIARES AUDITIVOS PARA EL PROYECTO “ADQUISICIÓN DE AUXILIARES AUDITIVOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL ESTADO DE OAXACA”	
Partida	#3.- Auxiliar auditivo para pérdidas severas.
Descripción General del Equipo	Auxiliar auditivo para pérdidas severas.
Tamaño de Referencia	<ul style="list-style-type: none"> • Medidas aproximadas de: 3.8 cm de altura x 0.76 cm de ancho.
Características	<p>El auxiliar auditivo deberá ser color beige y contar con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rango de dB: 71 a 95 dB. • Máxima salida de sonido: 135 dB. • Ganancia acústica: 70 dB. • Medidas aproximadas de: 3.8 cm de altura x 0.76 cm de ancho. <p>Cada auxiliar auditivo deberá incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Estuche. • Pilas con duración de 12 meses. • Deshumidificador y manual de uso.

ANEXO M. FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES

Función o Uso	Permiten al usuario escuchar los sonidos que de otra manera serían inaudibles debido a la pérdida auditiva severa.
Material	Fibra de vidrio.
Norma Oficial	NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos médicos.

Foto (Únicamente como referencia)

