

APARTADO M. FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES

LOTE 1

Adquisición de apoyos funcionales y 264 auxiliares auditivos para la población vulnerable del Estado de Oaxaca.	
Partida	01.- Silla de ruedas.
Descripción General del Equipo	Silla de ruedas.
Tamaño de Referencia	90 cm de alto x 90 cm de profundidad x 40 cm de ancho del respaldo
Características	<p>La silla de ruedas deberá contar con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Llanta delgada de caucho. • Rin y llanta de 24". • Fabricada en tubo de acero. • Pintura esmaltada al horno en negro mate. • Debe soportar hasta 90 kg. • Deberá contar con posa pies fijos con descansa pies abatibles y descansa brazos de polipropileno rígido. • Medidas de la silla: 90 centímetros de alto, 90 centímetros de profundidad desde el respaldo hasta los descansa pies y 40 centímetros de ancho del respaldo, ancho del respaldo incluyendo el ancho de las llantas 47 centímetros. • Silla abatible. • Frenos de acero.
Función o Uso	Silla diseñada para permitir el desplazamiento de aquellas personas con problemas de locomoción o movilidad reducida, debido a una lesión o enfermedad física
Material	Tubo de acero.


Foto (Únicamente como referencia)



APARTADO M. FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES

Adquisición de apoyos funcionales y 264 auxiliares auditivos para la población vulnerable del Estado de Oaxaca.	
Partida	02.- Andadera para adulto.
Descripción General del Equipo	Andadera para adulto.
Tamaño de Referencia	Altura máxima de piso a puño 90 cm, altura mínima de piso a puño de 78 cm.
Características	<p>La andadera para adulto deberá ser color beige y contar con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura de acero. • Con pintura electrostática. • Puños de goma suave. • Regatón de hule natural. • Ajuste de altura.
Función o Uso	Proporciona mayor estabilidad al caminar y brinda la posibilidad de asistir al adulto mayor para levantarse o sentarse por sí mismo.
Material	Estructura de acero.

Foto (Únicamente como referencia)



APARTADO M. FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES

LOTE 2

Adquisición de apoyos funcionales y 264 auxiliares auditivos para la población vulnerable del Estado de Oaxaca.	
Partida	03.- Auxiliar auditivo.
Descripción General del Equipo	Auxiliar auditivo
Tamaño de Referencia	Medidas aproximadas de: 3.5 cm de altura x 0.7 cm de ancho.
Características	<p>El auxiliar auditivo deberá ser color beige y contar con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rango de dB: 132 a 137 dB. • Máxima salida de sonido: 137 dB. • Ganancia acústica: 74 dB. • Medidas aproximadas de: 3.5 cm de altura x 0.7 cm de ancho. • Fabricado de Fibra de Vidrio. <p>Cada auxiliar auditivo deberá incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Estuche. • Deshumidificador • Manual de uso.
Función o Uso	Permiten al usuario escuchar los sonidos que de otra manera serían inaudibles debido a la pérdida auditiva.
Material	Fibra de vidrio.
Norma Oficial	NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos médicos.

Foto (Únicamente como referencia)

