



### Acta de Junta de Aclaraciones

De la Licitación Pública Nacional LPN-SA-US-0024-11/2023, relativa a la Adquisición de equipamiento para aulas y laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur, solicitada por la Universidad de la Sierra Sur.

En Tlaxiactac de Cabrera, Oaxaca, siendo las diez horas del día cuatro de diciembre del año dos mil veintitrés, en la sala de juntas "Carlos Velasco Pérez" de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, ubicada en el Edificio 1 "José Vasconcelos", planta baja de Ciudad Administrativa, "Benemérito de las Américas", sita en Carretera Internacional Oaxaca-Istmo kilómetro 11.5, Municipio de Tlaxiactac de Cabrera Oaxaca, con fundamento en los artículos 1 y 34 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 27 último párrafo, 34 y 35 de su Reglamento y al numeral 3.2 de las bases de este concurso, referente a la Junta de Aclaraciones, se encuentran presentes, las ciudadanas Paulina Torres Quevedo, Jefa de Departamento de Licitaciones de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración, Cruz Sayma Amador Martínez, Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública y Ruth Lucía Reyes López, Jefa del Departamento de Recursos Materiales de la Universidad de la Sierra Sur.....

La C. Paulina Torres Quevedo, da la bienvenida a los licitantes presentes en este acto:

1. Del Valle Suministros Médicos, S.A. de C.V.

Acto seguido, conforme a lo establecido en el artículo 35 fracción IV del Reglamento de la citada Ley, se da lectura a las precisiones y preguntas que fueron formuladas y enviadas en el plazo y la forma estipulada en el numeral 3.2 Junta de Aclaraciones, de las bases del presente concurso, y a las respuestas proporcionadas por la Jefa del Departamento de Recursos Materiales de la Universidad de la Sierra Sur, mediante oficio número UNSIS/REC/34/2023 de fecha 04 de diciembre 2023:

**Precisión 1.** En el punto 19. del punto 3.5.1 Propuesta Técnica, en donde se solicitan CERTIFICADOS para las partidas 2 y 4, se hace la aclaración que para la partida 4, los certificados que se requieren aplican para el CPU del equipo solicitado.

**Precisión 2.** En el punto 7.1 Apartado A "Especificaciones Técnicas", para la partida 26. Unidad quirúrgica con kit para implantes dentales, no se requerirá "instalación y capacitación", por lo que no se requiere que enliste al personal de Recursos Humanos, ni que presente información relacionada con instalación, capacitación y soporte técnico.

Preguntas del Licitante: **Dentadec S.A de C.V.**

**Pregunta 1.-** En el numeral "3.5 Requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos que deberán cumplir los Licitantes en sus proposiciones" párrafo 2 dice "Los documentos que integran las proposiciones deberán ser dirigidos a la Convocante y presentados en hoja membretada impresos con tinta indeleble, debiendo contener como mínimo: nombre, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio, teléfono y correo electrónico del Licitante, número y objeto de la Licitación, sello del Licitante y firmas autógrafas del representante legal"

Es decir, todas y cada una de las hojas, formatos, certificados, folletos, etc, deben ir rubricadas, firmadas y selladas ¿es correcta nuestra apreciación?

**Respuesta:** La documentación que se requiere que esté "dirigida a la Convocante y presentada en hoja membretada impresa con tinta indeleble, debiendo contener como mínimo: nombre, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio, teléfono y correo electrónico del Licitante, número y objeto de la Licitación, sello del Licitante y firmas autógrafas del representante legal", es la que deberán generar los licitantes. La información adicional la podrá presentar únicamente con sello y rubrica (ejemplo: catálogos, folletos,



actas notariales, etc).

**Pregunta 2.-** En el numeral "3.5.1 Propuesta Técnica." en el párrafo punto No. 23 dice "Original de la Propuesta Técnica, conforme al Apartado I, conteniendo la descripción de los bienes, arrendamientos o servicios ofertados con todas y cada una de sus especificaciones técnicas, mencionando con precisión las condiciones ofertadas y teniendo en consideración las establecidas en el contenido de las Bases, el Apartado A, el numeral 2.4 Plazo, lugar y condiciones de entrega, el numeral 2.6 Garantías del Contrato y numerando cada una de las páginas que la conformen (ejemplo: 1/n, 2/n, ... N/n)."

Es decir, todas las hojas que se encuentren en el sobre 1 estarán numeradas del 1/n hasta N/n, y no solo el "Apartado I Formato de propuesta técnica", ¿es correcta nuestra apreciación?

**Respuesta:** Solo se requiere que se numeren el Apartado I y el Apartado J.

**Pregunta 3.-** En el numeral 7.1 Apartado A, Especificaciones Técnicas Partida 26 "Unidad quirúrgica con kit para implantes dentales" dice "El kit debe incluir los siguientes componentes:

- >1 Fresa lanza
- >1 Fresa bola  $\varnothing$ 2,0 mm
- >1 Fresa piloto  $\varnothing$ 2,50 mm
- >1 Fresa escalonada  $\varnothing$ 2,50 /  $\varnothing$ 3,00 mm
- >1 Fresa escalonada  $\varnothing$ 3,00 /  $\varnothing$ 3,50 mm
- >1 Fresa escalonada  $\varnothing$ 3,50 /  $\varnothing$ 4,00 mm
- >1 Fresa escalonada  $\varnothing$ 4,00 /  $\varnothing$ 4,50 mm
- >1 Fresa cortical  $\varnothing$ 3,65 mm
- >1 Fresa cortical  $\varnothing$ 4,00 mm
- >1 Fresa cortical  $\varnothing$ 4,50 mm
- >1 Fresa cortical  $\varnothing$ 4,90 mm
- >1 Fresa cortical  $\varnothing$ 5,90 mm
- >1 Llave transportador plana 45°
- >1 Llave carraca IP
- >1 Llave-transportador HEX-2,45 mm IP corta
- >1 Llave-transportador HEX-2,45 mm IP larga
- >1 Llave-transportador HEX-2,45 mm CA
- >1 Llave-transportador Avantgard HEX-3,00 mm IP corta
- >1 Llave-transportador Avantgard HEX-3,00 mm IP larga
- >1 Llave-transportador Avantgard HEX-3,00 mm CA
- >1 Llave carraca corta HEX-1,20 mm
- >1 Llave carraca larga HEX-1,20 mm
- >1 Alargador llaves CA
- >3 Paralelizador  $\varnothing$ 2,00 /  $\varnothing$ 2,80 mm
- >1 Indicador profundidad  $\varnothing$ 2,50 mm"

¿Se acepta que se oferte una unidad de cirugía con un kit de implantes con protocolo clínico diferente?

**Respuesta:** Se requiere apegarse al Apartado A "Especificaciones Técnicas" de las Bases.

**Pregunta 4.-** En el numeral 7.1 Apartado A, Especificaciones Técnicas Partida 27 "Escareador ultrasónico", ya que no se menciona en las características enlistadas.

¿El equipo que solicitado se requiere cuente con luz integrada?

**Respuesta:** Se requiere apegarse al Apartado A "Especificaciones Técnicas" de las Bases.

**Pregunta 5.-** En el numeral 7.1 Apartado A, Especificaciones Técnicas Partida 27 "Escareador ultrasónico".

¿se acepta que se oferte un equipo con características similares y superiores?

Junta de aclaraciones

Licitación Pública Nacional LPN-SA-US-0024-11/2023

Adquisición de equipamiento para aulas y laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur, solicitada por la Universidad de la Sierra Sur.



**Respuesta:** Se requiere apegarse al Apartado A "Especificaciones Técnicas" de las Bases.

**Pregunta 6.-** En el numeral 7.1 Apartado A, Especificaciones Técnicas Partida 28 "Fotopolimerizador (lámpara de fotocurado)". Dice: "Se requiere que sea compatible con Unidad Gnatus G3. Se requiere instalación"

¿Se acepta que la lampara sea inalámbrica lo cual permite mayor libertad de movimiento y la cual no requiere una instalación?

**Respuesta:** Se requiere apegarse al Apartado A "Especificaciones Técnicas" de las Bases.

**Pregunta 7.-** En el numeral 7.1 Apartado A, Especificaciones Técnicas Partida 33 "Recortadora en húmedo". Dice: "Debe incluir 2 discos de recorte Klettfix con superficie homogénea de pulido y empleo variable de granulidades 1 disco del Número 80."

¿Se refiere al disco incluido con la recortadora más 1 extra o al disco incluido con la recortadora más 2 extras?

**Respuesta:** Se requieren 2 discos, el disco que viene instalado en la cortadora + un 1 disco adicional.

**Pregunta 8.-** En el numeral 7.1 Apartado A, Especificaciones Técnicas Partida 45 "Compresor de tornillo rotativo de 7.5 hp Kaeser con sistema de tratamiento de aire".


¿Se acepta que se oferte una marca y modelo con características similares o superiores a lo solicitado?

**Respuesta:** Se requiere un Compresor de tornillo rotativo de 7.5 hp Kaeser con sistema de tratamiento de aire.

Así mismo, se hace constar que, se recibieron las preguntas del licitante Del Valle Suministros Médicos, S.A. de C.V, a las 03:38 horas en el correo electrónico juntalicitacion@oaxaca.gob.mx el día 04 de diciembre del presente año, sin embargo, estas preguntas no pueden ser consideradas dado que se recibieron fuera de tiempo y forma, lo anterior con fundamento en el numeral 3.2. Junta de Aclaraciones de las bases del presente concurso y en al artículo 28 fracción III inciso f) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e inmuebles del Estado de Oaxaca.

Terminando con la lectura de precisiones, preguntas y respuestas y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente reunión siendo las diez horas con treinta minutos del día de su inicio, firmando al calce y margen como constancia y ratificación de la presente acta en todos sus términos, quienes en ella intervinieron.....

Por la Convocante

Nombre	Firma
<p>C. Paulina Torres Quevedo</p> <p>Jefa de Departamento de Licitaciones de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración</p>	



Por el área solicitante

Nombre	Firma
L.S.C. Ruth Lucía Reyes López Jefa del Departamento de Recursos Materiales de la Universidad de la Sierra Sur	

Por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública

Nombre	Firma
C.P. Cruz Sayma Amador Martínez Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública	

Por el licitante

Nombre	Firma
C. Fernando Manuel Cruz Velasco Del Valle Suministros, S.A. de C.V.	