



Acta de Junta de Aclaraciones

De la Licitación Pública Estatal LPE-SA-SS-0140-11/2025, relativa a la Adquisición de bienes para el equipamiento de unidades médicas de los Servicios de Salud de Oaxaca, solicitado por los Servicios de Salud de Oaxaca.

En Tlaxiáctac de Cabrera, Oaxaca, siendo las dieciséis horas del día veinticinco de noviembre del año dos mil veinticinco, en las instalaciones del Departamento de Almacén de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración, sita en Carretera Internacional Oaxaca-Istmo kilómetro 11.3, Municipio de Tlaxiáctac de Cabrera Oaxaca, con fundamento en los artículos 1 y 34 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 27 último párrafo, 34 y 35 de su Reglamento y al numeral 3.2 de las bases de este concurso, referente a la Junta de Aclaraciones, se encuentra presente la ciudadana, Yesenia Rafael Rivera, Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, así como, los ciudadanos Omar López Ramos, Jefe del Departamento de Licitaciones de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración, Ismael de Jesús Arjona Ruiz, Director de Atención Médica y Gilberto Enrique Escobar Salinas, Jefe del Departamento de Adquisiciones, ambos de los Servicios de Salud de Oaxaca.

El C. Omar López Ramos, da la bienvenida a los presentes en este acto.

Acto seguido, conforme a lo establecido en el artículo 35 fracción IV del Reglamento de la citada Ley, se da lectura a las preguntas que fueron formuladas y enviadas en el plazo y la forma estipulada en el punto 3.2 Junta de Aclaraciones de los Servicios de Salud de Oaxaca, de las bases del presente concurso, y a las respuestas proporcionadas por el Director de Atención Médica mediante oficio número SSO/SGSS/DAM/UFS/DFUM/42/4S1.2/4973/11/2025 de fecha 24 de noviembre de 2025.

PREGUNTAS DE LA EMPRESA DENOMINADA: CHAMBINGPRAX, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1: Referencia: Anexo J. Respecto del Apartado A, partida 87, Esterilizador de vapor autogenerado sobre mesa 40 litros. equipo semiportátil para esterilizar objetos:

Hacemos de conocimiento al área requirente que las especificaciones técnicas detalladas para dicho equipo médico refieren a un Esterilizador de vapor autogenerado sobre mesa de 22 litros, mismo que da estricto cumplimiento y funcionalidad a todas y cada una de las especificaciones detalladas para dicha partida, siendo un equipo altamente eficiente y que indudablemente atiende las necesidades propias de los usuarios. Por lo que solicitamos muy amablemente a la convocante, nos permita también ofertar para esta partida equipos de esterilizadores de 22 litros.

REPUESTA: Las características solicitadas para la partida 87, Esterilizador de vapor autogenerado sobre mesa 40 litros., son las mínimas requeridas por la convocante, por lo que deberá apegarse a las especificaciones solicitadas; no se acepta la propuesta.



Terminando con la lectura de la pregunta y respuesta y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente reunión siendo las dieciséis horas con diez minutos del día de su inicio, firmando al calce y margen como constancia y ratificación de la presente acta en todos sus términos, quienes en ella intervinieron.

Por la Convocante

Nombre	Firma
C. Omar López Ramos Jefe del Departamento de Licitaciones de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración	



Por el área solicitante

Nombre	Firma
MSP. Ismael de Jesús Arjona Ruiz Director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Oaxaca	
Lic. Gilberto Enrique Escobar Salinas Jefe del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud de Oaxaca	

Por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública

Nombre	Firma
C. Yesenia Rafael Rivera Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública	